



Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «МИГ»

423800, РТ, г. Набережные Челны, Шамиля Усманова, д.60, кв.40
ИНН/КПП 1650393880/165001001
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа Банк» г. Нижний Новгород
р/с 40702810429140005900 к/ 30101810200000000824 БИК 042202824
Телефоны: 8-927-033-10-33
e-mail: Migpribor@vandex.ru

Заключение о выполненных работах

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ТД «МИГ» организовало выполнение работ по поверке предоставленных СИ в ООО «Метрология-Гидродинамика» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.320051).

ЗАКАЗЧИК: МБДОУ «Детский сад № 13 «Снежок» ЕМР» РТ.

Данные из ФГИС «Аршин» о поверке СИ:

Регистрационный номер типа СИ	Наименование типа СИ	Тип СИ	Модификация СИ	Заводской номер/ Буквенно-цифровое обозначение	Дата поверки	Действ. до	Номер свидетельства/ Номер извещения	Пригодность
23195-11	Вычислители количества теплоты	ВКТ-7	ВКТ-7-04	182097	07.08.2024	06.08.2028	С-ДРС/07-08-2024/361341801	Да
17858-11	Преобразователи расхода электромагнитные	ПРЭМ	ПРЭМ (Ду 20, кл. D)	458973	01.08.2024	31.07.2028	С-ДРС/01-08-2024/361341807	Да
17858-11	Преобразователи расхода электромагнитные	ПРЭМ	ПРЭМ (Ду 20, кл. D)	479171	01.08.2024	31.07.2028	С-ДРС/01-08-2024/361341806	Да
38878-17	Комплекты термопреобразователей сопротивления	КТСП-Н	Нет модификации	39885 г; 39885 х	06.08.2024	07.08.2029	С-ДРС/06-08-2024/361341877	Да

Директор ООО ТД «МИГ»

МП

/(Сухачева А.Н.)

Информацию о поверке можно проверить во ФГИС «АРШИН» по адресу : www.fgis.gost.ru